




# Vitrification Cryotop Method for Oocyte and Embryo

## Vitrification Media

### Code:VT601



Symbols on the Label

June, 1, 2015 Ver.5

	Sterilized Using Aseptic Processing Techniques
	Sterilized Using Irradiation
	Do not reuse
	Catalog Number
	Batch Code
	Use by
	Storage Temperature
	Manufacturer
	Do not resterilize
	Do not use if package is damaged
	Consult Instructions for use

<p><b>EN: Intended use</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitrification Media is to be used for vitrifying Oocytes and Embryos.</li> <li><b>CAUTION:</b> Sterile if the package is unopened or undamaged. Do not use if packaging is broken.</li> </ul>	<p><b>Vitrification Media</b></p> <p>No.0 Basic Solution (BS): 1 X 1.5ml vial (only for Oocyte Vitrification)          No.1 Equilibration Solution (ES): 1 X 1.5ml vial          No.2 Vitrification Solution (VS): 2 X 1.5ml vials</p> <p><b>Recommended equipment</b>          Cryotop: 1 Cryotop stores up to 4 Oocytes or 4 Embryos as a recommendation.          Repro Plate: with 6 wells</p>	<p><b>IT: Uso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terreni di Vitrificazione viene utilizzata per la vitrificazione di ovociti ed embrioni umani.</li> <li><b>ATTENZIONE:</b> Il prodotto è sterile se la confezione è chiusa e non danneggiata. Non utilizzarlo se la confezione è danneggiata.</li> </ul>	<p><b>FR: Usage prévu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les milieux de vitrification permettent de vitrifier des ovocytes et des embryons.</li> <li><b>AVERTISSEMENT:</b> ne pas stériliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'emballage est détérioré.</li> </ul>	<p><b>DE: Anwendungszweck</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Vitrifikationsmedien sind für die Vitrifizierung von menschlichen Oozyten und Embryonen bestimmt.</li> <li><b>VORSICHT:</b> Nur steril, solange die Verpackung nicht geöffnet oder beschädigt wurde. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.</li> </ul>
<p><b>EN: Intended use</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitrification Media is to be used for vitrifying Oocytes and Embryos.</li> <li><b>CAUTION:</b> Sterile if the package is unopened or undamaged. Do not use if packaging is broken.</li> </ul>	<p><b>Terreni di Vitrificazione</b></p> <p>N.0 Soluzione Base (BS): 1 fiala da 1,5 ml (solo per la Vitrificazione degli Ovociti)          N.1 Soluzione di Equilibramento (ES): 1 fiala da 1,5 ml          N.2 Soluzione di Vitrificazione (VS): 2 fiale da 1,5 ml</p> <p><b>Accessori raccomandati</b>          Cryotop: consigliamo di utilizzare un Cryotop per la conservazione fino ad un massimo di 4 ovociti o di 4 embrioni          Reproplate: piastre con 6 pozetti</p>	<p><b>FR: Usage prévu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les milieux de vitrification permettent de vitrifier des ovocytes et des embryons.</li> <li><b>AVERTISSEMENT:</b> ne pas stériliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'emballage est détérioré.</li> </ul>	<p><b>DE: Anwendungszweck</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Vitrifikationsmedien sind für die Vitrifizierung von menschlichen Oozyten und Embryonen bestimmt.</li> <li><b>VORSICHT:</b> Nur steril, solange die Verpackung nicht geöffnet oder beschädigt wurde. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.</li> </ul>	
<p><b>EN: Intended use</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitrification Media is to be used for vitrifying Oocytes and Embryos.</li> <li><b>CAUTION:</b> Sterile if the package is unopened or undamaged. Do not use if packaging is broken.</li> </ul>	<p><b>Terreni di Vitrificazione</b></p> <p>N.0 Soluzione Base (BS): 1 fiala da 1,5 ml (solo per la Vitrificazione degli Ovociti)          N.1 Soluzione di Equilibramento (ES): 1 fiala da 1,5 ml          N.2 Soluzione di Vitrificazione (VS): 2 fiale da 1,5 ml</p> <p><b>Accessori raccomandati</b>          Cryotop: consigliamo di utilizzare un Cryotop per la conservazione fino ad un massimo di 4 ovociti o di 4 embrioni          Reproplate: piastre con 6 pozetti</p>	<p><b>FR: Usage prévu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les milieux de vitrification permettent de vitrifier des ovocytes et des embryons.</li> <li><b>AVERTISSEMENT:</b> ne pas stériliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'emballage est détérioré.</li> </ul>	<p><b>DE: Anwendungszweck</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Vitrifikationsmedien sind für die Vitrifizierung von menschlichen Oozyten und Embryonen bestimmt.</li> <li><b>VORSICHT:</b> Nur steril, solange die Verpackung nicht geöffnet oder beschädigt wurde. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.</li> </ul>	
<p><b>EN: Intended use</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitrification Media is to be used for vitrifying Oocytes and Embryos.</li> <li><b>CAUTION:</b> Sterile if the package is unopened or undamaged. Do not use if packaging is broken.</li> </ul>	<p><b>Terreni di Vitrificazione</b></p> <p>N.0 Soluzione Base (BS): 1 fiala da 1,5 ml (solo per la Vitrificazione degli Ovociti)          N.1 Soluzione di Equilibramento (ES): 1 fiala da 1,5 ml          N.2 Soluzione di Vitrificazione (VS): 2 fiale da 1,5 ml</p> <p><b>Accessori raccomandati</b>          Cryotop: consigliamo di utilizzare un Cryotop per la conservazione fino ad un massimo di 4 ovociti o di 4 embrioni          Reproplate: piastre con 6 pozetti</p>	<p><b>FR: Usage prévu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les milieux de vitrification permettent de vitrifier des ovocytes et des embryons.</li> <li><b>AVERTISSEMENT:</b> ne pas stériliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'emballage est détérioré.</li> </ul>	<p><b>DE: Anwendungszweck</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Vitrifikationsmedien sind für die Vitrifizierung von menschlichen Oozyten und Embryonen bestimmt.</li> <li><b>VORSICHT:</b> Nur steril, solange die Verpackung nicht geöffnet oder beschädigt wurde. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.</li> </ul>	
<p><b>EN: Intended use</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitrification Media is to be used for vitrifying Oocytes and Embryos.</li> <li><b>CAUTION:</b> Sterile if the package is unopened or undamaged. Do not use if packaging is broken.</li> </ul>	<p><b>Terreni di Vitrificazione</b></p> <p>N.0 Soluzione Base (BS): 1 fiala da 1,5 ml (solo per la Vitrificazione degli Ovociti)          N.1 Soluzione di Equilibramento (ES): 1 fiala da 1,5 ml          N.2 Soluzione di Vitrificazione (VS): 2 fiale da 1,5 ml</p> <p><b>Accessori raccomandati</b>          Cryotop: consigliamo di utilizzare un Cryotop per la conservazione fino ad un massimo di 4 ovociti o di 4 embrioni          Reproplate: piastre con 6 pozetti</p>	<p><b>FR: Usage prévu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les milieux de vitrification permettent de vitrifier des ovocytes et des embryons.</li> <li><b>AVERTISSEMENT:</b> ne pas stériliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'emballage est détérioré.</li> </ul>	<p><b>DE: Anwendungszweck</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Vitrifikationsmedien sind für die Vitrifizierung von menschlichen Oozyten und Embryonen bestimmt.</li> <li><b>VORSICHT:</b> Nur steril, solange die Verpackung nicht geöffnet oder beschädigt wurde. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.</li> </ul>	
<p><b>EN: Intended use</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitrification Media is to be used for vitrifying Oocytes and Embryos.</li> <li><b>CAUTION:</b> Sterile if the package is unopened or undamaged. Do not use if packaging is broken.</li> </ul>	<p><b>Terreni di Vitrificazione</b></p> <p>N.0 Soluzione Base (BS): 1 fiala da 1,5 ml (solo per la Vitrificazione degli Ovociti)          N.1 Soluzione di Equilibramento (ES): 1 fiala da 1,5 ml          N.2 Soluzione di Vitrificazione (VS): 2 fiale da 1,5 ml</p> <p><b>Accessori raccomandati</b>          Cryotop: consigliamo di utilizzare un Cryotop per la conservazione fino ad un massimo di 4 ovociti o di 4 embrioni          Reproplate: piastre con 6 pozetti</p>	<p><b>FR: Usage prévu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les milieux de vitrification permettent de vitrifier des ovocytes et des embryons.</li> <li><b>AVERTISSEMENT:</b> ne pas stériliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'emballage est détérioré.</li> </ul>	<p><b>DE: Anwendungszweck</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Vitrifikationsmedien sind für die Vitrifizierung von menschlichen Oozyten und Embryonen bestimmt.</li> <li><b>VORSICHT:</b> Nur steril, solange die Verpackung nicht geöffnet oder beschädigt wurde. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.</li> </ul>	
<p><b>EN: Intended use</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitrification Media is to be used for vitrifying Oocytes and Embryos.</li> <li><b>CAUTION:</b> Sterile if the package is unopened or undamaged. Do not use if packaging is broken.</li> </ul>	<p><b>Terreni di Vitrificazione</b></p> <p>N.0 Soluzione Base (BS): 1 fiala da 1,5 ml (solo per la Vitrificazione degli Ovociti)          N.1 Soluzione di Equilibramento (ES): 1 fiala da 1,5 ml          N.2 Soluzione di Vitrificazione (VS): 2 fiale da 1,5 ml</p> <p><b>Accessori raccomandati</b>          Cryotop: consigliamo di utilizzare un Cryotop per la conservazione fino ad un massimo di 4 ovociti o di 4 embrioni          Reproplate: piastre con 6 pozetti</p>	<p><b>FR: Usage prévu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les milieux de vitrification permettent de vitrifier des ovocytes et des embryons.</li> <li><b>AVERTISSEMENT:</b> ne pas stériliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'emballage est détérioré.</li> </ul>	<p><b>DE: Anwendungszweck</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Vitrifikationsmedien sind für die Vitrifizierung von menschlichen Oozyten und Embryonen bestimmt.</li> <li><b>VORSICHT:</b> Nur steril, solange die Verpackung nicht geöffnet oder beschädigt wurde. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.</li> </ul>	
<p><b>EN: Intended use</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitrification Media is to be used for vitrifying Oocytes and Embryos.</li> <li><b>CAUTION:</b> Sterile if the package is unopened or undamaged. Do not use if packaging is broken.</li> </ul>	<p><b>Terreni di Vitrificazione</b></p> <p>N.0 Soluzione Base (BS): 1 fiala da 1,5 ml (solo per la Vitrificazione degli Ovociti)          N.1 Soluzione di Equilibramento (ES): 1 fiala da 1,5 ml          N.2 Soluzione di Vitrificazione (VS): 2 fiale da 1,5 ml</p> <p><b>Accessori raccomandati</b>          Cryotop: consigliamo di utilizzare un Cryotop per la conservazione fino ad un massimo di 4 ovociti o di 4 embrioni          Reproplate: piastre con 6 pozetti</p>	<p><b>FR: Usage prévu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les milieux de vitrification permettent de vitrifier des ovocytes et des embryons.</li> <li><b>AVERTISSEMENT:</b> ne pas stériliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'emballage est détérioré.</li> </ul>	<p><b>DE: Anwendungszweck</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Vitrifikationsmedien sind für die Vitrifizierung von menschlichen Oozyten und Embryonen bestimmt.</li> <li><b>VORSICHT:</b> Nur steril, solange die Verpackung nicht geöffnet oder beschädigt wurde. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.</li> </ul>	
<p><b>EN: Intended use</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitrification Media is to be used for vitrifying Oocytes and Embryos.</li> <li><b>CAUTION:</b> Sterile if the package is unopened or undamaged. Do not use if packaging is broken.</li> </ul>	<p><b>Terreni di Vitrificazione</b></p> <p>N.0 Soluzione Base (BS): 1 fiala da 1,5 ml (solo per la Vitrificazione degli Ovociti)          N.1 Soluzione di Equilibramento (ES): 1 fiala da 1,5 ml          N.2 Soluzione di Vitrificazione (VS): 2 fiale da 1,5 ml</p> <p><b>Accessori raccomandati</b>          Cryotop: consigliamo di utilizzare un Cryotop per la conservazione fino ad un massimo di 4 ovociti o di 4 embrioni          Reproplate: piastre con 6 pozetti</p>	<p><b>FR: Usage prévu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les milieux de vitrification permettent de vitrifier des ovocytes et des embryons.</li> <li><b>AVERTISSEMENT:</b> ne pas stériliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'emballage est détérioré.</li> </ul>	<p><b>DE: Anwendungszweck</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Vitrifikationsmedien sind für die Vitrifizierung von menschlichen Oozyten und Embryonen bestimmt.</li> <li><b>VORSICHT:</b> Nur steril, solange die Verpackung nicht geöffnet oder beschädigt wurde. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.</li> </ul>	

**References**

- Cobo A., Obstetric and perinatal outcome of babies born from vitrified oocytes. Fertility and Sterility, 2014.
- Renzi L., Consistent and predictable delivery rates after oocyte vitrification: an observational longitudinal cohort multicentric study. Human Reproduction, 2012.
- Shi W., Perinatal and neonatal outcomes of 494 babies delivered from 972 vitrified embryo transfers. Fertility and Sterility, 2012.
- Cobo A., Outcomes of vitrified early cleavage-stage and blastocyst-stage embryos in a cryopreservation program: evaluation of 3,150 warming cycles. Fertility and Sterility, 2012.
- Trokudes KM., Comparison outcome of fresh and vitrified donor oocytes in an egg-sharing donation program. Fertility & Sterility, 2011.
- Inoue F., Hydroxypropyl cellulose as a macromolecular supplement for cryopreservation by vitrification of bovine oocytes and blastocysts and human oocytes. ESHRE and ASRM, 2011.